Clinitherm Pasteur

Pasteurisation du lait maternel
Chauffer à sec pour des raisons d'hygiène!

Chauffer à + 63°C
Maintenir la température à +63° pendant 30 min

Barkey Clinitherm Pasteur

Appareils à pasteurisation de lait maternel Barkey.

La pasteurisation sans bain-marie, effectuée à température toujours identique, garantit des conditions hygiéniques reproductibles et comparables entre elles, grâce à la surveillance de la température de l'échantillon référence, et au respect des délais de chauffage,

Grâce à un chauffage à sec dans l'appareil à pasteurisation du lait maternel, tout risque de contaminations est écarté, puisque contrairement aux bains-marie, il n'y a pas de liquide pour véhiculer les germes au niveau des bouteilles, des mains des utilisateurs, au niveau des fermetures à pas de vis ou par les étiquettes qui se détachent sous l'effet de l'eau.

Les Clinitherm Pasteur ne prennent pas de place et n'ont besoin d'aucune installation spécifique si ce n'est la présence d'une prise secteur.

Le chauffe-biberon Barkey Clinitherm Baby, qui fonctionne suivant le même principe, chauffe de manière hygiénique et à sec, l'alimentation des bébés. Il a fait ses preuves dans de nombreux établissements depuis plus de 25 ans.

Barkey vous propose pour la pasteurisation du lait maternel, des appareils à pasteuriser, entièrement automatisés.

En option, un logiciel vous offre la possibilité de transmettre les données du processus de pasteurisation à votre propre système informatique, ou bien d'avoir une version papier par le biais d'une imprimante.

Le déroulement de la pasteurisation est garantit de manière sûre, par le chauffage du lait maternel à une température de 63°C, et par son maintien à cette température pendant au moins 30 minutes.

Le refroidissement à une température définie peut s'effectuer de manière simple et économique par un bloc refroidissant indépendant, ne consommant pas d'eau.

Clinitherm Pasteur une pasteurisation sûre et efficace

Les conditions d'une pasteurisation sûre et efficace sont le respect des quantités de remplissage et de la durée de chauffage du lait maternel dans les biberons.
La pasteurisation va être d'autant plus longue que les volumes à chauffer se trouvant dans les biberons sont importants.
Un tableau joint à chaque pasteurisateur de lait maternel indiquent aux utilisateurs, les temps de chauffage nécessaires pour le processus de pasteurisation, en fonction des différentes quantités de remplissage.

Clinitherm Pasteur :

-Marquage CE 0123
-Système de chauffage à sec.
-Pasteurisation du lait maternel à +63°C pendant 30 minutes.
-Capacité standard 10 biberons.*
-Couvercle Isolant.
-Une sonde de température externe PT 100 (mesure de la température de l'échantillon référence).
-Manuel d'utilisation.

Options:

- Refroidissement par un bloc refroidissant indépendant
- Logiciel informatique pour la traçabilité.

* : Une capacité de 20 biberons est disponible sur fabrication spéciale.

Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques

Rev : 1. 16/11/2005 lw

SEBAC
The Surgical Company
16, avenue des Louvresses
92230 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél : 01 41 47 56 56
Fax : 01 41 47 56 57